INFORMATION DE CONTACT

Fabriqué par

Full Vision Inc.
3017 Full Vision Drive
Newton, KS 67114
http:www.full-vision.com
Phone: (316) 283-3344
Fax: (316) 283-3350

Représantant autorisé dans l'Union Européenne

(Réservé aux affaires de réglementation)
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
Les Pays-Bas

MODE D'EMPLOI

Le modèle TMX425 TRACKMASTER® tapis roulant est conçu pour être en liaison avec une variété de systèmes EKG. En cas des questions, veuillez contacter le fabricant des systèmes monitorages médicaux.

Ce tapis roulant exige une surface plane et équilibrée de 33" X 88". Une fois à place, le dispositif de pistage doit être vérifié et réglé si nécessaire.

Ce tapis roulant EXIGE un circuit éléctrique DEDIÉ pour une opération sans problèmes.

N'utilisez JAMAIS un cordon prolongateur pour faire marcher le tapis roulant.

Ce module DOIT être mis à la terre pour réduire le risque d'une décharge éléctrique.

Veuillez suivre les instructions suivantes si votre tapis roulant arrive désassemblé.

1. Faites glisser les œillets sur la traverse centrale (approximativement 2' de haut) un sur chaque tube.

2. Ensuite, installez les boulons-U sur le socle du moteur, **mettez les écrous sans serrer, juste pour les maintenir en place**. (clef plate ½")

3. Faites glisser le capot sur la traverse centrale et poussez-le au delà des œillets afin qu'il ne descende pas en glissant.

4. Faites passer le fil à travers le boulon-U si l'installation est présente sur la traverse centrale.

5. Faites glisser la traverse centrale à travers les boulons-U afin que la traverse centrale glisse dans les montures en caoutchouc. Prenez garde de ne pas pincer les fils quand la main courante est en position inférieure.

6. Installez les tranches/barres extérieures après avoir passé le fil à travers l'entrée, à condition qu'il y ait une application dans la barre.

7. Faites glisser les barres extérieures dessus la console et commencez les boulons à tête de quatre boutons (3/16 clé hexagonale) avec les rondelles dans la base de la main courante. **Veuillez laisser les boulons deserrés.**

8. Ajoutez le crampon à un boulon. Faites passer le câble éléctrique à travers le crampon avec le câble RS 232.

9. Installez les raccords des tuyaux avec les pontets entre les tranches intérieures et extérieures et fixez-les avec le 5/16 X 3" boulon à tête cylindrique à six-pans (1/4" clé hex) avec la rondelle indesserrable.

10. Quand tout le matériel est à sa place, resserrez tous les boulons, **les boulons-U les derniers.** Veuillez descendre la main courante. Exercez s'il vous plaît une pression ferme en resserrant.

11. Rattachez la pose de fils éléctrique comme illustrée à la page d'installation et descendez le capot.

12. Fixez le capot devant avec trois vis à tête hexagonale taraudeuse 1/4".

13. Ajustez la console en assurant que le Velcro se met en contact avec l'arrière du capot.

14. Enfin, faites glisser en bas les œillets contre le capot.

15. Ajoutez l'avertissement d'assemblage avec la chaîne et les fiches à dôme plastique. (Consultez les illustrations à la page d'installation).

Avant d'attacher le tapis roulant au module EKG, il faut vérifier que votre module fonctionne correctement en employant la prise de preuve qui se trouve dans le sac avec le Manuel de Service. Cette procédure n'est que pour TMX425, ce n'est ni pour TMX425C ni CP. À remarquer: Soyez certain que l'arrêt d'urgence est déclenché avant de tester la machine

1. Coupez le courant du tapis roulant.

2. Mettez la prise de preuve dans la porte d'accès RS232 du tapis roulant.

3. Maintenez en place le bouton de la prise de preuve et mettez en marche le tapis roulant. Continuez à le maintenir en place jusqu'au tapis roulant commence à élever.

4. Engagé, avec chaque poussé du bouton le tapis roulant devrait élever graduellement 5%.
5. Quand le tapis roulant atteint une élevation de 20%, la poussée suivante du bouton doit mettre en marche la courroie.
6. Avec chaque poussée du bouton, le tapis roulant accelère de 2.5 milles à l'heure.
7. Une fois que le tapis roulant atteint 10 milles à l'heure chaque poussée du bouton réduit la vitesse de 2.5 milles à l'heure et simultanément fait descendre le niveau d'élevation aux incréments de 5%.
8. Après avoir atteint la vitesse et l'élévation minima, la prochaine poussée du bouton fait cesser l'opération de la courroie.
9. Retirez la prise de preuve.

Après une vérification appropriée du moteur, connectez le câble de communication au tapis roulant. Veuillez suivre le mode d'emploi fourni par le fabricant du EKG ou votre OEM.

Ne restez JAMAIS debout sur la courroie du tapis roulant en mettant la machine en marche.